

PHỤ LỤC I

Danh mục thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bổ sung vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Mắt Thanh Hoá năm 2026 lần 2

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVM ngày tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện Mắt Thanh Hoá)

STT	Tên hàng hoá dự kiến	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Thông số kĩ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Số lượng dự kiến	Giá kế hoạch (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng	Đôi	Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Dày trung bình 0,15÷0,20mm, Chiều dài tối thiểu 275mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm.Cường lực khi đứt trước lão hóa: tối thiểu 12,5N, sau lão hóa: tối thiểu 9,5N.Độ giãn đứt trước lão hóa: tối thiểu 700%, sau lão hóa: tối thiểu 550%. Lượng bột: tối đa 80mg/đôi. Lượng protein: tối đa 200µg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO.TCVN 6344 (ISO 10282). ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương	GPT	GPT	Việt Nam	Công ty cổ phần Mefura/Việt Nam	40,000	4,000	160,000,000	

	Găng tay khám có bột các cỡ	Găng tay khám có bột các cỡ	Đôi	Làm từ cao su tự nhiên, có phủ lớp bột chống dính. Hàm lượng bột: ≤10mg /dm2 Chiều dài: ≥ 200mm, độ dày ≥0,08mm Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám.	GKTCB/Si ze S; M	Mefura	Việt Nam	Công ty cổ phần Mefura/Việt Nam	40,000	1,450	58,000,000	
Tổng tiền											218,000,000	